



# Licenciamento Ambiental Unificado

---

## SISTEMAS DE TRATAMENTO TÉRMICO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (exceto incinerador)

### RESÍDUOS SÓLIDOS - ROTEIRO DO ESTUDO

- Cópia da ART do responsável técnico pelo projeto e pela execução da obra.
- Planta planialtimétrica em escala 1:50.000, com a descrição do uso e ocupação do solo num raio de 2 a 3 km do empreendimento.
- Plantas, em escala mínima de 1:200, detalhando os sistemas para coleta e armazenamento de eventuais vazamentos e/ou lavagem de piso das áreas de espera para liberação dos resíduos, de armazenamento dos resíduos a serem tratados e de armazenamento dos resíduos já tratados.
- Descrição dos sistemas de impermeabilização das áreas de espera para liberação dos resíduos, de armazenamento dos resíduos serem tratados e de armazenamento dos resíduos já tratados.
- Documento emitido pela Vigilância Sanitária aprovando o local de armazenamento temporário dos resíduos de serviços de saúde a serem tratados.
- Plano de controle de recebimento de resíduos que contenha o registro de entrada de resíduos no local, contemplando, dentre outras informações, nome da empresa transportadora, placa completa do veículo transportador, nome do motorista, gerador do resíduo, característica e Grupo do resíduo, carga (peso), data e hora entrada.
- Planos de emergência, de encerramento, de manutenção da unidade, e de treinamento do pessoal.
- Plano para o teste de eficiência do equipamento (microondas, autoclave e hidroclave) que contenha, no mínimo, as seguintes informações:
  - tipo e quantidade dos resíduos a serem tratados por ciclo;
  - tempo de duração do ciclo de tratamento;
  - temperatura e pressão de operação;
  - indicadores biológicos que serão utilizados no teste;
  - pontos, no interior do equipamento, onde serão colocados os indicadores biológicos.