



Licenciamento Ambiental Unificado

INCINERADOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

RESÍDUOS SÓLIDOS - ROTEIRO DO ESTUDO

Plantas, em escala mínima de 1:200, detalhando os sistemas para coleta e armazenamento de eventuais vazamentos e/ou lavagem de piso das áreas de espera para liberação dos resíduos, de armazenamento dos resíduos a serem tratados e de armazenamento dos resíduos já tratados.

Descrição dos sistemas de impermeabilização das áreas de espera para liberação dos resíduos, de armazenamento dos resíduos serem tratados e de armazenamento dos resíduos já tratados.

Documento emitido pela Vigilância Sanitária aprovando o local de armazenamento temporário dos resíduos de serviços de saúde a serem tratados.

Plano de controle de recebimento de resíduos que contenha o registro de entrada de resíduos no local, contemplando, dentre outras informações, nome da empresa transportadora, placa completa do veículo transportador, nome do motorista, gerador do resíduo, característica e Grupo do resíduo, carga (peso), data e hora entrada.

Plano para o teste de eficiência do equipamento (microondas, autoclave e hidroclave) que contenha, no mínimo, as seguintes informações:

- tipo e quantidade dos resíduos a serem tratados por ciclo;
- tempo de duração do ciclo de tratamento;
- temperatura e pressão de operação;
- indicadores biológicos que serão utilizados no teste;
- pontos, no interior do equipamento, onde serão colocados os indicadores biológicos.

Cópia da ART do responsável técnico pelo projeto e pela execução da obra.